SparMED / Oosafe®

Oosafe® Filters

ガスライン接続型フィルター

インキュベーターへ供給するガスの清浄化に。

ガス供給源とCO2インキュベーターの間に接続。
CO2、N2、混合ガスに対応します。

3種類のろ過材

活性炭・HEPA・プレフィルターで
VOCs、微生物、粒子などを除去。

交換時期で選ぶ2タイプ

Filter 4：4か月ごとの交換を推奨
Filter 6：6か月ごとの交換を推奨

製品仕様

SPECIFICATIONS

製品名	製品番号	包装
Oosafe® Filter 4	OOIF-SM04	個包装・4個／ケース
Oosafe® Filter 6	OOIF-ST06	個包装・4個／ケース

関連アクセサリー

ACCESSORIES

マグネットホルダー
OOHLD-01

コネクター 6 mm
AS-852086



コネクター 8 mm
AS-852085

接続セット
OOFCS-MC
接続例（フィルター別売）

取扱注意

- ガス漏れを回避するため、設置の際は純正の付属品をご使用ください。
- 純正ホルダーを使用し、常に直立位置を保ってください。ガスパイプの曲がりを防ぎ、適切なガスフローを確保します。
- ガス漏れなどの損傷が生じた場合、速やかにガス漏れを修復する対処を行い、本製品を使用しないでください。
- 改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。
- 本製品は研究用品です。体外診断・医療等には使用しないでください。

■ 製造元
sparomed
SparMED ApS ／ デンマーク

■ 総輸入販売元
メディー・コン インターナショナル株式会社
〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-10-9
箕面フレールビル5F
TEL 0120-105-312 FAX 0120-705-312
https://www.medi-con.co.jp/

このカタログは2026年10月現在のものです。