sparomed

最高品質のプラスチックウエアは、
ロット毎にテストで合格したもののみ出荷されています。



●品質・素材

◆ 試験済みの原材料を使用
ポリスチレン（PS）
ポリプロピレン（PP）

●ロットごとの品質テスト

◆ One cell stage Mouse Embryo Assay
MEA ≥ 80% Blastocyst
◆ Non-pyrogenic, Endotoxin
LAL ≤ 20 EU/device
◆ Human Sperm Survival and Motility
SMI ≥ 0.75

●つかみ易いデザイン



グリップとラベル記入部を備えたデザイン。
用途に応じたディッシュ・チューブを
ラインアップしています。

●表面処理・包装

表面処理済み・未処理タイプをご用意。
最新の品番・包装数は次ページをご覧ください。

※本資料に掲載している製品は研究用品です。

メディー・コン
インターナショナル株式会社

4ウェルディッシュ



ウェル1.8 mL
ウェル間7 mL

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-FW03	処理	4	120
OOPW-FW04	未処理	4	120

6ウェルディッシュ（ストローホルダー付き）



ウェル0.4 mL
ウェル間3 mL

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-SW02	未処理	1	240
OOPW-SW03	未処理	4	120

センターウェル（外周2区画）

中央3 mL ／ 外周各5 mL



CW03
全周滑り止め加工



CW05
ラベル貼付エリア付き

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-CW03	未処理	10	500
OOPW-CW05	未処理	10	500

センターウェル（外周1区画）



中央3 mL
外周10 mL

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-CW08	未処理	10	500

50 mm 薄底ディッシュ



観察部厚0.9 mm
外周厚1 mm
12 mL

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-IC06	未処理	10	500

50 mm 薄底ディッシュ（2チャネル）



各チャネル15.8 μL
容量13.3 mL

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-IC07	未処理	10	500

35 mm ディッシュ



容量8 mL
TF05は高壁タイプ

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-TF05	処理	10	500
OOPW-TF06	未処理	10	500

60 mm ディッシュ



容量25 mL

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-ST06	未処理	10	500

研究用品 ／ 品番・包装数はメーカー資料 Rev.12（2026年5月1日）に基づきます。


100 mm ディッシュ



容量105 mL

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-HD10	未処理	10	250

シナジーディッシュ



洗浄ウェル56 μL
培養ウェル160 μL

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-SD04	処理	4	120

精子採取カップ 80 mL



PP製
最小目盛2 mL

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-SC01	未処理	1	70

アンドロロジーチューブ 5 mL



最小目盛0.5 mL
2段階キャップ

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-AT10	未処理	10	500

スナップキャップチューブ 14 mL



最小目盛0.1 mL
2段階キャップ

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-OT10	未処理	10	500

PS遠心チューブ 15 mL



最小目盛0.1 mL

メーカー品番	表面	個／袋	個／ケース
OOPW-CT05	未処理	5	500

材質：精子採取カップはPP、その他はPS。
「処理」は表面処理済み、「未処理」は表面未処理です。
上記はメーカー包装数です。弊社での販売単位・供給条件はお問い合わせください。
仕様・包装は予告なく変更される場合があります。

■ メーカー

sarstedt
DENMARK

■ 輸入販売元

メディー・コン インターナショナル株式会社

〒562-0035 大阪府箕面市船場東1-10-9
箕面フレールビル5F
TEL 0120-105-312 FAX 0120-705-312
https://www.medi-con.co.jp/